

KRH ZENTRALAPOTHEKE

Leitung:

Dr. rer. nat. Thomas Vorwerk, M.A.
Chefapotheker

Zeichen: Wa
Durchwahl: 0511 927-6905
Telefax: 0511 927-6929
E-Mail: doerthe.wanglin@krh.de

Datum: 01.03.2024

An alle Anwender

Chargenüberprüfung NaCl 0,9% B.Braun Glas 100ml (20) SAP 72890

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Firma B. Braun Melsungen AG informierte uns darüber, dass für die **Charge 23895** des Produktes NaCl 0,9% B.Braun Glas 100ml (20) SAP 72890 aufgrund von Deformierungen des Stopfens eine Chargenüberprüfung notwendig ist.

Bitte überprüfen Sie unmittelbar vor Verwendung des Arzneimittels - beim Entfernen der Flip-Off-Kappe des Behältnisses - das Aussehen des Stopfens, die Deformierungen sehen folgendermaßen aus:

Die Integrität und Sterilität des Behältnisses sind bei diesen Deformierungen gewährleistet.

Injektionsflaschen mit den deformierten Stopfen sollten jedoch nicht angewendet werden.

Senden sie betroffene Flaschen zur Gutschrift an die KRH Zentralapotheke mit dem Retourenformular der Apotheke (DLS 11986) zurück.



Mit freundlichen Grüßen,

ihr Team der KRH Zentralapotheke